

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMECLSI10722 FAB. 07/22 Val. 07/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	3030NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	3090AMI	25,0	20-26	25,0	19-26	26,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3102AMC	35,5	28-36	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3075AMP	34,5	27-35	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3108CFZ	33,0	29-35	27,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3110CPM	27,0	23-29	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3097CRO	26,5	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3112CIP	28,0	22-30	36,5	29-38	32,5	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3091FOS	32,0	25-33	29,0	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3072GEN	25,5	19-27	24,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	29,0	25-30	35,0	29-37	24,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3078MPM	35,0	29-37	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3036NIT	21,0	18-22	24,0	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3058NOR	26,0	17-28	34,0	28-35	28,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3114SUT	31,0	24-32	28,5	23-29	-	-	-	-

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referência CLSI 2022.

Araçatuba, 15 de julho de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001