CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 15 - DME

SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMECLSI10824 FAB. 08/24 Val. 08/25

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	3338NAL	-	-	**28,0**	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	3332AMI	**24,5**	20-26	**24,0**	19-26	**25,0**	20-26	-	-
Amox./Ác. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3314AMC	**34,0**	28-36	**24,0**	18-24	-	-	**18,5**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3336AMP	**33,5**	27-35	**21,5**	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3291CFZ	**33,0**	29-35	**25,0**	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3356CPM	**27,0**	23-29	**35,0**	31-37	**30,5**	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3317CRO	**25,0**	22-28	**34,0**	29-35	**22,0**	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	**27,0**	22-30	**37,0**	29-38	**32,0**	25-33	-	-
Fosfomicina [1]	FOS 200	3368FOS	**31,5**	25-33	**28,5**	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	**25,5**	19-27	**24,0**	19-26	**22,0**	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	**28,5**	25-30	**34,0**	29-37	**24,0**	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3349MPM	**34,0**	29-37	**33,0**	28-35	**33,0**	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3290NIT	**20,0**	18-22	**23,5**	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	**25,0**	17-28	**34,0**	28-35	**29,0**	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3373SUT	**31,0**	24-32	**28,0**	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referência CLSI 2024.

Araçatuba, 22 de agosto de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001