

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMECLSI11024 FAB. 10/24 Val. 10/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	3338NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	3332AMI	24,5	20-26	24,0	19-26	25,5	20-26	-	-
Amox./Ác. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3360AMC	35,0	28-36	24,0	18-24	-	-	19,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3336AMP	33,5	27-35	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3380CFZ	32,0	29-35	24,5	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3356CPM	27,0	23-29	35,0	31-37	29,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3317CRO	25,0	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3385CIP	26,0	22-30	36,0	29-38	30,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3368FOS	30,0	25-33	28,0	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	26,0	19-27	24,0	19-26	22,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	28,0	25-30	34,0	29-37	25,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3349MPM	33,0	29-37	32,5	28-35	31,5	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3399NIT	20,0	18-22	23,5	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3377NOR	24,0	17-28	34,0	28-35	28,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3373SUT	30,0	24-32	28,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referência CLSI 2024.

Araçatuba, 03 de outubro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601