CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 15 - DME

SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMECLSI11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	3634NAL	-	-	**27,0**	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	3585AMI	**26,0**	20-26	**26,0**	19-26	**26,0**	20-26	-	-
Amox./Ác. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3596AMC	**35,0**	28-36	**24,0**	18-24	-	-	**20,0**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	**35,0**	27-35	**21,0**	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3623CFZ	**33,0**	29-35	**27,0**	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	**27,5**	23-29	**35,5**	31-37	**30,0**	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3589CRO	**28,0**	22-28	**35,0**	29-35	**21,0**	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3624CIP	**29,5**	22-30	**36,5**	29-38	**32,5**	25-33	-	-
Fosfomicina [1]	FOS 200	3616FOS	**32,0**	25-33	**30,0**	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	**26,0**	19-27	**24,0**	19-26	**22,5**	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3612LEV	**29,5**	25-30	**36,0**	29-37	**24,0**	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	**35,0**	29-37	**34,5**	28-35	**33,0**	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3577NIT	**21,0**	18-22	**24,0**	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3621NOR	**28,0**	17-28	**34,5**	28-35	**28,0**	22-29	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	**29,0**	24-32	**26,0**	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 15 de outubro de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444