

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMECLSI20623 FAB. 06/23 Val. 06/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	3188NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	3214AMI	25,0	20-26	24,0	19-26	25,5	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3211AMC	36,0	28-36	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	35,0	27-35	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3165CFZ	35,0	29-35	26,5	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3173CPM	29,0	23-29	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3136CRO	26,5	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3190CIP	28,0	22-30	37,0	29-38	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3215FOS	31,5	25-33	30,0	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3191GEN	27,0	19-27	24,5	19-26	22,5	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	30,0	25-30	35,0	29-37	24,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3216MPM	36,0	29-37	34,5	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3219NIT	22,0	18-22	24,0	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3195NOR	27,0	17-28	34,0	28-35	28,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	32,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referência CLSI 2022.

Araçatuba, 23 de junho de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME

Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610