

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMECLSI20724 FAB. 07/24 Val. 07/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	3338NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	3332AMI	25,5	20-26	24,5	19-26	25,0	20-26	-	-
Amox./Ác. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3314AMC	34,0	28-36	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3336AMP	34,5	27-35	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3291CFZ	33,0	29-35	27,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3356CPM	28,5	23-29	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3317CRO	26,5	22-28	34,0	29-35	21,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	27,5	22-30	36,0	29-38	32,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3331FOS	32,0	25-33	29,0	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	27,0	19-27	25,0	19-26	22,5	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	28,0	25-30	35,0	29-37	24,0	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3349MPM	35,0	29-37	34,0	28-35	32,5	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3290NIT	22,0	18-22	25,0	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3308NOR	26,0	17-28	34,5	28-35	28,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	31,0	24-32	28,0	23-29	-	-	-	-

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referência CLSI 2024.

Araçatuba, 26 de julho de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001