

CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 15 - DME

SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMECLSI20926 FAB. 09/26 VAL. 09/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ácido Nalidíxico	NAL 30	3532NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Amicacina	AMI 30	3585AMI	24,0	20-26	25,5	19-26	26,0	20-26	-	-
Amox./Ác. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3596AMC	35,0	28-36	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	35,0	27-35	20,5	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3576CFZ	35,0	29-35	24,5	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	26,0	23-29	35,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3589CRO	28,0	22-28	33,5	29-35	21,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	29,0	22-30	35,0	29-38	31,0	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	3616FOS	33,0	25-33	28,0	22-30	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	25,5	19-27	24,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3612LEV	29,5	25-30	34,0	29-37	24,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	35,5	29-37	33,5	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3577NIT	20,0	18-22	23,5	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3621NOR	28,0	17-28	35,0	28-35	29,0	22-29	-	-
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	28,0	24-32	26,5	23-29	-	-	-	-

¹ Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 12 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444