

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC – DME****STREPTOCOCCUS VIRIDANS (SV) LOTE PSVDMEBR10121 FAB. 01/21 VAL. 01/22**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2876AMPE	20,0	15-21	20,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	2851CLI	28,0	23-29	-	-
Cefotaxima ¹	CTX 05	2863CTXE	-	-	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ²	PEN 01	2916PENE	17,0	12-18	-	-
Vancomicina	VAN 05	2886VANE	-	-	15,0	10-16
Teicoplanina	TEC 30	2881TEC	-	-	21,0	15-21

1 Controle de qualidade para Escherichia coli ATCC 25922 com valor de referência de 25-31 mm, valor obtido 30,0mm.

2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2019.

Araçatuba, 22 de janeiro de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001