

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC – DME****STREPTOCOCCUS VIRIDANS (SV) LOTE PSVDMEBR10723 FAB. 07/23 VAL. 07/24**

| Antibacteriano                               | Potência/<br>Código | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus<br>ATCC 29213 |                           | Enterococcus faecalis<br>ATCC 29212 |                           |
|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|  |                     |                | Halo                                | Halo/<br>esperado<br>(mm) | Halo                                | Halo/<br>esperado<br>(mm) |
| Ampicilina                                   | AMP 02              | 3202AMPE       | <b>19,0</b>                         | 15-21                     | <b>20,0</b>                         | 15-21                     |
| Clindamicina                                 | CLI 02              | 3231CLI        | <b>25,0</b>                         | 23-29                     | -                                   | -                         |
| Cefotaxima <sup>1</sup>                      | CTX 05              | 3185CTXE       | -                                   | -                         | -                                   | -                         |
| Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>2</sup> | PEN 01              | 3172PENE       | <b>15,5</b>                         | 12-18                     | -                                   | -                         |
| Vancomicina                                  | VAN 05              | 3205VANE       | -                                   | -                         | <b>15,0</b>                         | 10-16                     |
| Teicoplanina                                 | TEC 30              | 3218TEC        | -                                   | -                         | <b>20,0</b>                         | 15-21                     |


1 Controle de qualidade para *Escherichia coli* ATCC 25922 com valor de referência de 25-31 mm, valor obtido 29,0 mm.

2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 07 de julho de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610