

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC – DME****STREPTOCOCCUS VIRIDANS (SV) LOTE PSVDMEBR10724 FAB. 07/24 VAL. 07/25**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	18,0	15-21	21,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	3345CLI	25,0	23-29	-	-
Cefotaxima ¹	CTX 05	3348CTXE	-	-	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ²	PEN 01	3330PENE	15,5	12-18	-	-
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	15,5	10-16
Teicoplanina	TEC 30	3339TEC	-	-	21,0	15-21

1 Controle de qualidade para *Escherichia coli* ATCC 25922 com valor de referência de 25-31 mm, valor obtido 30,0 mm.

2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 04 de julho de 2024.


Controle de Qualidade – DME
Eudorides Pacheco Junior - CRF-SP 5983