

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC – DME****STREPTOCOCCUS VIRIDANS (SV) LOTE PSVDMEBR10821 FAB. 08/21 VAL. 08/22**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	2918AMPE	19,5	15-21	21,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	2969CLI	27,5	23-29	-	-
Cefotaxima ¹	CTX 05	2929CTXE	-	-	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ²	PEN 01	2916PENE	16,5	12-18	-	-
Vancomicina	VAN 05	2983VANE	-	-	16,0	10-16
Teicoplanina	TEC 30	2974TEC	-	-	21,0	15-21

1 Controle de qualidade para *Escherichia coli* ATCC 25922 com valor de referência de 25-31 mm, valor obtido 30,0mm.

2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/22.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 13 de agosto de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001