

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC – DME****STREPTOCOCCUS VIRIDANS (SV) LOTE PSVDMEBR10923 FAB. 09/23 VAL. 09/24**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3256AMPE	18,0	15-21	20,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	3231CLI	25,5	23-29	-	-
Cefotaxima ¹	CTX 05	3261CTXE	-	-	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ²	PEN 01	3246PENE	15,5	12-18	-	-
Vancomicina	VAN 05	3205VANE	-	-	15,0	10-16
Teicoplanina	TEC 30	3218TEC	-	-	21,0	15-21

1 Controle de qualidade para *Escherichia coli* ATCC 25922 com valor de referência de 25-31 mm, valor obtido 29,0 mm.

2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 08 de setembro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610