CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC – DME

STREPTOCOCCUS VIRIDANS (SV) LOTE PSVDMEBR11225 FAB. 12/25 VAL. 12/26

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3472AMPE	**19,0**	15-21	**21,0**	15-21
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	**26,0**	23-29	**-**	-
Cefotaxima [1]	CTX 05	3512CTXE	**-**	-	**-**	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) [2]	PEN 01	3507PENE	**15,5**	12-18	**-**	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	**-**	-	**14,5**	10-16
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	**-**	-	**20,5**	15-21

1 Controle de qualidade para *Escherichia coli* ATCC 25922 com valor de referência de 25-31 mm, valor obtido 30,0 mm.
2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 12 de dezembro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601