

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR10226 FAB. 02/26 VAL. 02/27**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3472AMPE	18,0	15-21	20,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	25,5	23-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3513CRO	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	28,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3481LNZE	25,0	21-27	24,0	19-25
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	21,0	19-25	-	-
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	35,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3508SUT	31,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	28,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	-	-	16,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 09 de fevereiro de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME

Daniela de Souza Silva - CRBM 31601