

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC – DME****STREPTOCOCCUS VIRIDANS (SV) LOTE PSVDMEBR10226 FAB. 02/26 VAL. 02/27**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3472AMPE	19,0	15-21	20,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	26,0	23-29	-	-
Cefotaxima ¹	CTX 05	3512CTXE	-	-	-	-
Penicilina G (Benzilpenicilina) ²	PEN 01	3507PENE	14,5	12-18	-	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	-	-	15,0	10-16
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	-	-	20,0	15-21

1 Controle de qualidade para *Escherichia coli* ATCC 25922 com valor de referência de 25-31 mm, valor obtido 30,0 mm.

2 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 09 de fevereiro de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME

Daniela de Souza Silva – CRBM 31601