



FICHA DE ANÁLISE: 1003-10121

DATA: 16/01/2021

PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE STUART

LOTE: 1003 10121

DATA DE FABRICAÇÃO: 01/21

VALIDADE: 01/22

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO

PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS

7,47

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, E 48 HORAS QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 48-72 HORAS:

*Staphylococcus aureus*

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

*Escherichia coli*

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade – DME

Karina de Campos Salles – CRBM 12001