



FICHA DE ANÁLISE: 1003-10620

DATA: 03/07/2020

PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE STUART

LOTE: 1003 10620

DATA DE FABRICAÇÃO: 06/20

VALIDADE: 06/21

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO

PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS

7,43

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, E 48 HORAS QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 48-72 HORAS:

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIOCONTROLE DE QUALIDADE – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001