



FICHA DE ANÁLISE: 1003-11023

DATA: 01/11/2023

PRODUTO: MEIO DE TRANSPORTE STUART

LOTE: 1003 11023

DATA DE FABRICAÇÃO: 10/23

VALIDADE: 10/24

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°CRESULTADOS
7,43

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 8 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, E 48 HORAS QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 48-72 HORAS:

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade – DME

Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610