



FICHA DE ANÁLISE: 1011 10320

DATA: 02/04/2020

LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO STERIGENICS N°: 2578151/ EMITIDO EM 25/03/2020.

PRODUTOS:

*SWAB, HASTE MADEIRA, CÓDIGO 1011.

LOTE: 1011 10320

DATA DE ESTERILIZAÇÃO: 03/20

VALIDADE: 03/22

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35°C+/-2°C, QUANDO COLOCADO EM:

MEIO DE TSB:

DE ACORDO

MEIO DE TIOGLICOLATO:

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35° C DURANTE 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

Escherichia coli ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de Qualidade – DME

Karina de Campos Salles – CRBM 12001