



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-A10726

DATA: 11/07/2026

**PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH – 5ML****LOTE: CTIO-A10726****DATA DE FABRICAÇÃO: 07/26****VALIDADE: 07/28****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,14****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS  
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i>    | ATCC 6538  |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> | ATCC 16404 |
| <i>Candida albicans</i>         | ATCC 10231 |
| <i>Bacillus subtilis</i>        | ATCC 6633  |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>   | ATCC 27853 |

|                              |
|------------------------------|
| <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME  
Beatriz A. Santos – CRBM 58444**