FICHA DE ANÁLISE: CTIO-A11224 **DATA: 14/12/2024**

PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH – 5ML
LOTE: CTIO-A11224
DATA DE FABRICAÇÃO: 12/24
VALIDADE: 12/26

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO	**RESULTADOS**
PH: 7.2 +/-0,2 A 25ºC	**7,17**
ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 08 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35ºC +/- 2ºC.	**DE ACORDO**

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35ºC DURANTE 24-48 HORAS:

Staphylococcus aureus	ATCC 6538	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Candida albicans	ATCC 10231	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Bacillus subtilis	ATCC 6633	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	**CRESCIMENTO EXCELENTE**

CONCLUSÃO: ***PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***

Daniela S.

Controle de qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601