



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-C10322

DATA: 21/03/2022

PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH – 50ML**LOTE: CTIO-C10322****DATA DE FABRICAÇÃO: 03/22****VALIDADE: 03/24****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,19****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 16 DIAS
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	NCPF 2275	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Candida albicans</i>	ATCC 10231	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Bacillus subtilis</i>	ATCC 6633	CRESCIMENTO EXCELENTE
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**