



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-C11121

DATA: 18/11/2021

**PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH – 50ML**  
**LOTE: CTIO-C11121**  
**DATA DE FABRICAÇÃO: 11/21**  
**VALIDADE: 11/23**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,19**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 08 DIAS**  
**DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C +/- 2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

|                                 |            |                              |
|---------------------------------|------------|------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i>    | ATCC 6538  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> | NCPF 2275  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Candida albicans</i>         | ATCC 10231 | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Bacillus subtilis</i>        | ATCC 6633  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>   | ATCC 27853 | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de qualidade – DME**  
**Karina de Campos Salles – CRBM 12001**