



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-A10323


DATA: 03/04/2023

PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH – 5ML**LOTE: CTIO-A10323****DATA DE FABRICAÇÃO: 03/23****VALIDADE: 03/25****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,16****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 08 DIAS
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Aspergillus brasiliensis NCPF 2275
Candida albicans ATCC 10231
Bacillus subtilis ATCC 6633
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO


Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001