



FICHA DE ANÁLISE: CTIO-C10820

DATA: 26/08/2020

**PRODUTO: THIOGLYCOLLATE BROTH****LOTE: CTIO-C10820****DATA DE FABRICAÇÃO: 08/20****VALIDADE: 08/22****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.2 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,17****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS  
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:**

<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	NCPF 2275	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Candida albicans</i>	ATCC 10231	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Bacillus subtilis</i>	ATCC 6633	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**