FICHA DE ANÁLISE: CTSB-B20725 **DATA 14/08/2025**

PRODUTO DME: TRYPTIC SOY BROTH – 15 ML
LOTE: CTSB-B20725
FABRICAÇÃO: 07/25
VALIDADE: 07/27

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO	**RESULTADOS**
PH: 7.3 +/-0,2 A 25ºC	**7,39**
ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35ºC+/-2ºC.	**DE ACORDO**

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35ºC +/- 2ºC. DURANTE 24-48 HORAS:

Staphylococcus aureus	ATCC 6538	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Aspergillus brasiliensis	ATCC 16404	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Candida albicans	ATCC 10231	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Bacillus subtilis	ATCC 6633	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	**CRESCIMENTO EXCELENTE**

CONCLUSÃO: ***PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***

Controle de Qualidade - DME
Gabrieli M. S. Zenerato – CRBM 64925