FICHA DE ANÁLISE: CTSB-C10225 **DATA 13/02/2025**

PRODUTO DME: TRYPTIC SOY BROTH – 50 ML
LOTE: CTSB-C10225
FABRICAÇÃO: 02/25
VALIDADE: 02/27

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO	**RESULTADOS**
PH: 7.3 +/-0,2 A 25ºC	**7,36**
ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 07 DIAS DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35ºC+/-2ºC.	**DE ACORDO**

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35ºC +/- 2ºC. DURANTE 24-48 HORAS:

Staphylococcus aureus	ATCC 6538	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Aspergillus brasiliensis	NCPF 2275	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Candida albicans	ATCC 10231	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Bacillus subtilis	ATCC 6633	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	**CRESCIMENTO EXCELENTE**

CONCLUSÃO: ***PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601