

FICHA DE ANÁLISE: CTSB-B10324

DATA 27/03/2024

**PRODUTO DME: TRYPTIC SOY BROTH – 15 ML**  
**LOTE: CTSB-B10324**  
**FABRICAÇÃO: 03/24**  
**VALIDADE: 03/26**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,37**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS**  
**DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C +/- 2°C. DURANTE 24-48 HORAS:**

|                                 |            |                              |
|---------------------------------|------------|------------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i>    | ATCC 6538  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> | NCPF 2275  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Candida albicans</i>         | ATCC 10231 | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Bacillus subtilis</i>        | ATCC 6633  | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>   | ATCC 27853 | <b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b> |

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

*Tainá Santos*

**Controle de Qualidade - DME**  
**Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610**